

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 17 Mes: Abril Año: 2017 a las 12: 30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
1	EQUIPO RADIOLOGICO - INDICAR CARACTERISTICAS PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO RADIOLOGICO DE UN PUESTO DE TRABAJO COMANDO Y GENERADOR DE ALTA TENSION QUE PERMITA ESTUDIOS RADIOLOGICOS BASICOS CON TODOS SUS ACCESORIOS LISTO PARA SU USO, CONSTITUIDAS TODAS SUS PARTES POR UNA SOLA MARCA O FABRICANTE NO ACEPTANDOSE CONJUNTO DE PARTES DE FABRICAS DISTINTAS ENTRENAMIENTO AL PERSONAL OCUPACIONAL. SE ENTREGARAN DOS JUEGOS DE MANUALES DE USUARIOS Y MANUALES TECNICOS DONDE SE INDIQUEN FORMAS DE USO PARTES MECANICAS Y ELECTRONICAS, COMPLETO DE TODO EL EQUIPAMIENTO. EL EQUIPAMIENTO ESTARA GARANTIZADO POR TODO DEFECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR EL TERMINO DE UNA ¿ Y EL TUBO RADIOLOGICO PRORRATEO EN TIEMPO POR LA ¿ DE GARANTIA CUMPLIENDOSE LA MISMA EN EL HOSPITAL CON TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS, Y EN CASO DE SER NECESARIO EL ENVIO DE PARTES A FABRICA, ESTARAN INCLUIDOS LOS GASTOS DE FLETE. MESA HORIZONTAL FLOTANTE EN DESPLAZAMIENTO LONGITUDINALES Y ALTURA VARIABLE. TABLERO DE BAJA ABSORCION DE ESPESOR MINIMO, (NO MADERA), SOPORTE DE CHASIS Y FILTROS DE RADIACION DIFUSA DE DISTANCIA FOCAL ADECUADA A LA GEOMETRIA DEL EQUIPO, FRENOS ELECTROMECANICOS. SOPORTE DE CHASIS MURAL CON DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y FILTROS DE RADIACION DIFUSA DE DISTANCIA FOCAL ADECUADAS A LA GEOMETRIA DEL EQUIPO, FRENOS ELECTROMECANICOS, SISTEMA BALANCEADO MECANICAMENTE. UN TUBO EMISOR ANOLOGICO GIRATORIO 30/50 KW 1.2/2 MM 190KHU, RANGO TRABAJO MAXIMO DE 500 mA 150 kV QUE PUEDA SER CONTROLADO EN PASOS DE 1kV DESDE LOS 40kV A 120 kV Y TIEMPOS DE 2 mSeg A 5 Seg. COLIMADOR MANUAL MECANICO, CON SISTEMA DE MEDICION DE DISTANCIA A MESA Y MURAL, CON FUENTE DE LUZ ALOGENO 12 O 24 V, FUENTE DE ENERGIA DE RADIACION ALIMENTADA EN 220 O 380V QUE PERMITA ADAPTARSE A REDES CON -10% A +10% DE TENSION Y GENERADOR PREFERENTEMENTE DE ALTA FRECUENCIA CON CONTROL PARA ESTABILIZACION DE LINEAS DE ALIMENTACION, CON GRAN FLUCTUACION POTENCIA	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 17 Mes: Abril Año: 2017 a las 12: 30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					
	DEL GENERADOR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE TUBO. GENERACION DE ALTA FRECUENCIA CONTROL DEL EQUIPO DE MANDO DESDE PUPITRE DE MANDO CON TECNICAS MANUALES Y PREPROGRAMADO, CONTROL MICRO PROCESADO -AUTOCHEQUEO DE FUNCIONES INDICACION DE ERRORES POR INDICACION NUMERICA - COMPENSACION AUTOMATICA DE LINEA QUE ADMITA VARIACION EN +/- 10% INDICACION AUTOMATICA- COMPENSACION DE ALTA TENSION EN MENOS DE 2,5 MILISEGUNDOS, CONTROL AUTOMATICO DE EXPOSICION DE TRES AREAS, CON DETECTORES DE ESTADOS SOLIDOS. CONTROL DE ARRANQUE DE ANODO POR IMPULSO RAPIDO Y MANTENIMIENTO EN BAJA TENSION, FRENO DE ANODO. RANGO DE REGULACION DE TENSION DE SALIDA DE 40 A 120 KV EN PASOS DE UN KV O APROXIMADO. RANGO DE TEMPORIZACIONES DE 2M SEG A 5 SEG. RANGO DE CORRIENTES DE ANODO DE 50 A 500 MA CONMUTACION AUTOMATICA DE FOCO DE TUBO, PUPITRE O CONSOLA DE MANEJO CON INDICACIONES DE TIEMPO, KILOVOLTAJE , MILIAMPERES MILIAMPERSEGUNDO CONTROL DE TECNICAS INSEGURAS POR BLOQUEO, INDICACION DE SOBRE TEMPERATURA Y BLOQUEO POSIBILIDADES DE PROGRAMACION DE TECNICAS. CONDICIONES GENERALES EN FORMA CLARA SE DEBE INDICAR LA AUTORIZACION FORMAL DE ANMAT (NRO PM) LAS OFERTAS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA MAYOR INFORMACION POSIBLE, DONDE SE INDIQUEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE MONTAJE A LOS EFECTOS DE LA EVALUACION INDICANDO MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS EDILICIOS DE PREINSTALACION. 4 DELANTALES PLOMADO DE MAXIMA PROTECCION FRONTAL INCLUYENDO CUELLO.				
2	DIGITALIZADOR PARA EQUIPOS DE RAYOS X UN JUEGO COMPLETO DE CHASIS PARA SISTEMA DE DIGITALIZACION INDIRECTO QUE PERMITA CAPTURAR INFORMACION EN FORMATOS 18X24 24X30 35X35 35X43 UNA UNIDAD LECTORA DIGITALIZADORA CON SU RESPECTIVA ESTACION DE TRABAJO CON CAPACIDAD DE MEMORIA MINIMA DE 500 GB MONITOR ADECUADO 1,3 MP, SISTEMA DE IDENTIFICACION DE CHASIS, Y PROGRAMA DE MANEJOS DE IMAGENES, DICOM CON CAPACIDAD DE LLEVAR A DVD	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 17 Mes: Abril Año: 2017 a las 12: 30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					
	AUTOEJECUTABLE Y CUALQUIER OTRO SOPORTE DE MEMORIA DEBIENDO INCORPORAR UN SISTEMA DE ENERGIA ALTERNATIVO ANTE CORTE DE ENERGIA PARA EVITAR PERDIDAS DE INFORMACION.				
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO
06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESISTENCIA, 18/05/2017
Licitación Privada Nro 01818

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 17 Mes: Abril Año: 2017 a las 12: 30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Dia/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago:

Otras condiciones:

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente