

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 24 Mes: Febrero Año: 2017 a las 11: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
1	<p>LAVADORA Y REPROCESADORA DE FILTROS PARA HEMODIALISIS. RFA-P2 REPROCESADOR AUTOMATICO PARA 2 FILTROS. EQUIPO REPROCESADOR PARA 2 FILTROS CAPILARES SIMULTANEOS. EFECTUA UN CICLO DE LAVADO, ENJUAGUE Y DESINFECCION PROGRAMABLE USANDO AGUA DE OSMOSIS Y ACIDO PERACETICO (LAS OPCIONES PARA OTROS DESINFECTANTES DEBEN SOLICITARSE AL HACER EL PEDIDO) Y UN CONTROL AUTOMATICO DEL ESTADO DEL FILTRO. EL CONTROL DEL FILTRO INCLUYE: LA MEDIACION DIGITAL DEL VOLUMEN INTERNO DE LOS CAPILARES CON ALARMAS CUANDO DISMINUYE A MENOS DEL 80% DEL VALOR DEL FILTRO NUEVO, UNA PRUEBA DE LA INTEGRIDAD DE LA MEMBRANA MEDIANTE LA MEDICION DEL GRADIENTE DE CAIDA DE PRESION EN LAS FIBRAS CON AIRE Y LA MEDICION DEL COEFICIENTE DE ULTRAFILTRACION (KUF=mL/HORA/mm DE Hg). EL PROCESO DE LAVADO CONSISTE EN UN PRIMER LAVADO CON AGUA SEGUIDO POR UNA SUCESION DE CICLOS DE ULTRAFILTRACION INVERSA CON ACIDO PARACETICO ALTERNADOS CON ENJUAGUES CON AGUA. AL COMENZAR SE SELECCIONA EL TIPO DE FILTRO (ALTA, MEDIA O BAJA PERMEABILIDAD) Y EL EQUIPO REGULARA LAS PRESIONES Y LOS TIEMPOS PARA CADA TIPO DE DIALIZADOR, EL OPERADOR PUEDE MODIFICAR EL NUMERO DE ETAPAS DE LAVADO (O SU DURACION) Y OTROS PARAMETROS DEL PROCESO. EL EQUIPO CUENTA CON UNA SALIDA RS485 PARA CONEXION EN LINEAS DE VARIOS REPROCESADORES Y SALIDA SERIE RS232 PARA CONECTAR A UNA COMPUTADORA PARA REGISTRO DE LOS DATOS MEDIDOS Y/O COMANDO DE LA PC (LA CONEXION RS485 PERMITE CONTROLAR DESDE UNA PC CUALQUIER NUMERO DE REPROCESADORES CONECTADOS EN LINEA). EL EQUIPO DISPONE DE ALARMAS DE BAJA PRESION DE AGUA, FALTA DE ESTERILIZANTE, BAJA PRESION DE BOMBA, EXCESO DE PRESION DE COMPRESOR, PROBLEMA INTERNO DE CIRCUITO ELECTRONICO, PROBLEMAS EN ELECTROVALVULAS Y PROTECCIONES POR EXCESO DE CORRIENTE. EL TIEMPO NORMAL DE REPROCESADO DE DOS DIALIZADORES (EN FORMA SIMULTANEA) ES DE APROXIMADAMENTE 16 MINUTOS.</p>	UN	1,0000		

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 24 Mes: Febrero Año: 2017 a las 11: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					
TOTAL GENERAL					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 24 Mes: Febrero Año: 2017 a las 11: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Dia/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS CON FONDOS PLAN NACER CHACO (PLAN SUMAR).

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: AVDA.9 DE JULIO 1099 RCIA. SERVICIO DE NEFROLOGIA HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO
DEBERAN PRESENTAR:
DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente