

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 5 de Enero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	AUTOANALIZADOR DE QUIMICA (INDICAR CARACTERISTICAS) ESPECIFICACIONES TECNICAS: MONOCROMADOR CON FILTROS INTERFERENCIALES, RANGO DE LONGITUDES DE ONDA: 340-1000nm, SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: RUEDA AUTOMATICA DE FILTROS CON 9 POSICIONES, FILTROS INSTALADOS: 340,405,450,505,550,620 Y 750nm Y 2 POSICIONES LIBRES. ANCHO DE BANDA: 10 O 2nm, RANGO FOTOMETRICO: -0,5 – 4,000 Abs, PRECISIION: +/- 0,002 Abs, FUENTE DE LUZ: LAMPARA HALOGENA 6V-10W CERO AUTOMATICO, STAND BY AUTOMATICO, AJUSTE AUTOMATICO POE SOFTWARE. SISTEMA DE CUBETAS DUAL: MICROCELDA DE FLUJO METALICA CON VENTANA DE CUARZO, 10nm DE PASO DE LUZ, VOLUMEN: 18 UL. SOPORTE STANDARD DE 10mm x 10mm PARA CUBETA EXTERNA O SEMII-MICRO, CELDA DE FLUJO TERMOSTATIZADA POR EFECTO PEITIER: 25°C, 30°C, 37°C, SISTEMA DE ASPIRACION: BOMBA PERISTALTICA CON MOTOR PASO A PASO, VOLUMEN PROGRAMABLE: 100 A 500UL, ARRASTRE: 2% PARA 400UL. INTERFACE CON EL OPERADOR: TECLADO DE MEMBRANA CON 25 TECLAS PARA FUNCIONES Y ENTRADAS NUMERICAS, IMPRESORA TERMICA INCORPORADA: 27 CARACTERES/LINEA, DISPLAY GRAFICO DE CRISTAL LIQUIDO CON CONTRASTE. PROGRAMAS: 132 TEST PROGRAMABLES, CONTROL DE CALIDAD: ESTADISTICAS, GRAFICOS DE LEVY JENNINGS, HASTA 10 CONTROLES PROGRAMABLES, MENU DE MANTENIMIENTO. CONTROL DE IMPRESORA. MODO DE ANALISIS; ABSORBANCIA/CONCENTRACION, PUNTO FINAL CON/SIN BLANCO DE MUESTRA/REACTIVO, CINETICAS CON/SIN BLANCO DE MUESTRA, CINETICAS DE DOS PUNTOS. GRAFICOS DE CINETICA DE REACCION. LECTURA MONOCROMATICA Y BICROMATICA. CALIBRACION: STANDARD O FACTOR. ALMACENAMIENTO DEL FACTOR EN TODOS LOS METODOS. CURVAS NO LINEALES. HASTA 10 PUNTOS POR CURVA. AJUSTE AUTOMATICO POR FUNCIONES MULTILINEALES O CUADRATICA. INTERFACE: RS232 C. REQUERIMIENTOS DE INSTALACION ELECTRICOS 50/60Hz: 50VA, 100 A 120 VAC, 200 A 240 VAC. DIMENSIONES (ANCHO, PROFUNDIDAD, ALTO) 32CMx38CMx17CM, PESO 6 KGRS.	UN	1,0000		
<b>TOTAL GENERAL</b>					

<b>PROVINCIA DEL CHACO</b> <b>06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>RESISTENCIA,</b> 29/12/2020 Concurso de Precios <b>Nro 06800</b>
---	--

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

**Apertura:**      5 de Enero del 2021 a las 09:00 Horas

**Lugar apertura**      UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					

**Plazo Entrega:**      30 - Día/s

**Queda Ud. invitado**

**Mantenimiento de la oferta:**      50 Día/s

**Saludo a Ud. Atte.**

**Condiciones de pago:**      30 DIAS CON FONDOS DE SALUD PUBLICA

**Otras condiciones:**      LUGAR DE ENTREGA:HOSPITAL DR. ISAAC WAISMAN DE GENERAL PINEDO  
DEBERAN PRESENTAR:  
DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO  
CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA  
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA  
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP  
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA  
CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.  
PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS  
CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN  
RADICADO EN LA PROVINCIA.  
\*LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.  
\*QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA)  
CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.  
CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR  
AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Firma Responsable Dir. Administración**

\_\_\_\_\_  
**Firma proponente**