

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 22 Mes: Junio Año: 2017 a las 11: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
1	TORRE DE ENDOSCOPIA (INDICAR CARACTERISTICAS) VIDEOGASTROSCOPIO: LA TORRE DE ENDOSCOPIA VENDRA DOTADA CON VIDEOGASTROSCOPIO TERAPEUTICO QUE DEBERAN ESTAR CAPACITADOS PARA LA REALIZACION TECNICAS DE EXPLORACION GASTRO-ENDOSCOPICAS. EL VIDEOGASTROSCOPIO TERAPEUTICO ESTARA DOTADO, INTERNAMENTE DE UN SISTEMADE CAPACITACION DE IMAGEN Y TRANSMISION MISMA EN FOIRMATO DIGITAL. EL EQUIPO ESTARA DOTADO DE LOS ACCESORIOS ADECUADOS PARA LA MANIPULACION (FORCEPS DE BIOPSIA, LUBRICANTES, TAPONES DE ESTANQUIEDAD), LIMPIEZA (CEPILLOS, ADAPTADORES&..COMO DE LA MALETA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE. DIAMETRO DE TUBO DE INSERCIÓN DE 9,8 MM. DIAMETRO DE CANAL DE TRABAJO 2,8MM LONGITUD DE TRABAJO DE 1050 MM, ANGULACION DE 210 DEABAJO Y 120/120 IZQUIERDA DERECHA. VISION FRONTAL 140 GRADOS. VIDEOCOLONOSCOPIO: LA TORRE DE ENDOSCOPIA VENDRA DOTADA CON VIDEOCOLONOSCOPIO, QUE DEBERAN ESTAR CAPACITADOS PARA REALIZACION TECNICAS DE EXPLORACION COLONOENDOSCOPICAS EN ALTA DEFINICION, CON UN SISTEMA DE CAPACITACION DE IMAGEN Y TRANSMISION DE LA MISMA EN FORMATO DIGITAL. EL EQUIPO ESTARA DOTADO DE LOS ACCESORIOS ADECUADOS PARA LA MANIPULACION (FORCEPS DE BIOPSIA, LUBRICANTES, TAPONES DE ESTANQUIEDAD..), LIMPIEZA (CEPILLOS, ADAPTADORES&.) ASI COMO DE SU MALETA DE TRANSPORTECORRESPONDIENTE. DIAMETRO DE TUBO DE INSERCIÓN DE 13,2 MM, DIAMETRO DE CANAL DE TRABAJO 3,8MM, LONGITUD DE TRABAJO DE 1700 MM. ANGULACION DE 180 DE ARRIBA ABAJO Y 160/160 IZQUIERDA DERECHA, VISION FRONTAL 140 GRADOS. PROCESADOR DIGITAL DE IM¿GENES: LA TORRES DE ENDOSCOPIA INCLUIRA PROCESADOR DIGITAL DE IMAGEN PERMITIRA AL MENOS EL PROCESAMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: SALIDA DIGITAL DE IM¿GENES REGULACION AUTOMATICA DE LA EXPOSICION-BALANCE DE BLANCOS AUTOMATICO.EL PROCESADOR DIGITAL DE IM¿GENES SE INCORPORARAN TODAS LAS INTERFACES Y CONECTORES QUE ASEGUEN LA CONECTIVIDAD DEL MISMO CON LOS DEMAS ELEMENTOS DE IMAGEN QUE SE SUMINISTREN O SE CONECTEN AL	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 22 Mes: Junio Año: 2017 a las 11: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					
	EQUIPO. EL FORMATO DE IMAGEN QUE SUMINISTRARA EL PROCESADOR DIGITAL DE IMAGEN SERA DEL TIPO HD, DEBIENDO PERMITIR UNA RESOLUCION DE 1920x1080 PÍXELES. DISPONDRA DE CONTROL AUTOMATICO DE GANANCIA, IRIS AUTOMATICO Y CONGELACION DE IMAGENES. FUENTE DE LUZ: LA FUENTE DE LUZ SERA DEL TIPO XENON CON LAMPARA DE XENON CON UNA POTENCIA NO INFERIOR A 300, DISPONDRA DE REGULACION MANUAL DE LA INTENSIDAD LUMINICA. DISPONDRA DE AJUSTE AUTOMATICO DEL BR CON EXPOSICION AUTOMATICA. DISPONDRA DE INDICADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA COMO DE LAMPARQA DE EMERGENCIA. MONITOR: EL EQUIPO DISPONDRA DE DOS MONITORES DEL TIPO LCD EN COLOR DE ALTA DEFINICION (HD) CON FORMATO DE IMAGEN 16:10 (FORMATO PANORAMICO HD) CON UNA RESOLUCION DE IMAGEN DE 1920x1200 Y UN ESCANER DE LA IMAGEN DEL TIPO PROGRESIVO. LA RELACION DE CONTRASTE NO SERA INFERIOR DE 1000:1, LA LUMINOSIDAD SERA INFERIOR A 400 CD/M2 Y UN ANGULO DE VISION EN LA VERTICAL SUPERIOR A 170°. ESTARA DOTADO DE TODA LAS INTERCONEXIONES Y CABLEADO PARA LA CORRECTA VISION DE LA IMAGEN PRODUCIDA EN LA CAMARA ENDOSCOPICA. CARRO TORRE: EL CARRO/ARMARIO TENDRA LAS MEDIDAS SUFICIENTES PARA ALOJAR EN SU INTERIOR TODO EL EQUIPAMIENTO DE CONSTA LA TORRES DE ENDOSCOPIA. DISPONDRA PARA LA CORRECTA UBICACION DEL EQUIPAMIENTO DE ESTANTES SU INTERIOR, ASI COMO DE CAJONES PARA ALMACENAMIENTO DE PEQUEÑO MATERIAL. SERA METALICO Y PINTADO. PARA SU TRASLADO, CONTARA CON CUATRO RUEDAS CON UN DIAMETRO NO INFERIOR A 100 MM Y DE MATERIAL CONDUCTOR. BOMBA DE AIRE DE DOS NIVELES.				
TOTAL GENERAL					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 22 Mes: Junio Año: 2017 a las 11: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Dia/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: AVDA.9 DE JULIO 1099 RCIA. SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO
DEBERAN PRESENTAR:
DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente