

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 21 de Mayo del 2020 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	ESTUFA PARA ESTERILIZAR ESTUFA DE ESTERILIZACION TIPO SAN JOR NODELO SE70T, ESPECIFICACIONES TECNICAS: MEDIDAS INTERNAS 70x50x50CM, MEDIDAS EXTERNAS: 85x86x66CM. TERMORREGULADOR ELECTRONICO CON REGULACION MACRO Y MICRO. LED INDICADOR SENS: -0,1°C. RANGO DE TEMPERATURA ÓPTIMA: 50-200°C, VOLUMEN 175 LTS. ESTANTES 2 PUERTA EXTERNAS: 2 LAT.	UN	1,0000		
2	ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA CLINICA. ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA CLINICA TIPO WIENER LAB MODELO 1600DR, ESPECIFICACIONES TECNICAS: SISTEMA OPTICO: MONOCROMADOR CON FILTROS INTERFERENCIALES. RANGO DE LONGITUDES DE ONDA: 340-1000 nm SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: RUEDA AUTOMATICA DE FILTROS CON 9 POSICIONES. FILTROS INSTALADOS:340,405,450,505,550,620 Y 750 nm Y 2 POSICIONES LIBRES. ANCHO DE BANDA: 10 o 2 nm	UN	1,0000		
3	MICROSCOPIO BINOCULAR (ESPECIFICACIONES) MICROSCOPIO BINOCULAR LED TIPO NIKON MODELO ECLIPSE E100 LED. ESPECIFICACIONES TECNICAS: ESTATIVO ERGONOMICO DE LINEAS REDONDEADAS EN LOS BORDES CON ILUMINADOR INCORPORADO DE INTENSIDAD REGULABLE, PROVISTO POR ILUMINADOR DE LED BLANCO DE ALTA LUMINISCENCIA PRE CENTRADA Y PRE ENFOCADA. EL ILUMINADOR VIENE MONTADO CON LENTE "OJO DE MOSCA" EL CUAL PROVEE DE UNIFORMIDAD EN TODO EL CAMPO.	UN	1,0000		
4	BAÑO MARIA BAÑO MARIA TIPO VICKING MODELO MASSON. ESPECIFICACIONES TECNICAS: MEDIDAS INTERNAS EN mm L x A x P: 300x170x120 VOLUMEN: 6 LITROS. GRADILLAS 2 MATERIAL ACERO INOXIDABLE CALIDAD A.I.S.I. 304 (18/8) RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE + 5° A 100°C CONTROL DE TEMPERATURA: TERMOSTATO HIDRAULICO IMPORTADO. PRECISION: +/- 0,5°C.	UN	2,0000		
5	CENTRIFUGA DE MESA CENTRIFUGA DE MESA CON TAQUIMETRO Y TIMER DIGITAL INCLUYE CABEZAL CP-16, TIPO PRESVAC MODELO TCI-16. ESPECIFICACIONES TECNICAS: VARIADOR DE VELOCIDAD DIGITAL SIN PERILLAS CON MEMORIA DE VELOCIDAD DE ULTIMA	UN	1,0000		

TRANSPORTE

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 21 de Mayo del 2020 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					
	CENT. TIMER DIGITAL PROGRAMABLE HASTA 99 MINUTOS CON MEMORIA DE LAMPARA PILOTO NEON INDICADORA DE MARCHA QUE INDICA EL ULTIMA CENTRIFUGACION.				
6	MICROCENTRIFUGA (INDICAR CARACTERISTICAS). MICROCENTRIFUGA DE MESA PARA HEMATOCRITOS Y MICROHEMATOCRITOS. TIPO PRESVAC MODELO CMH-28. ESPECIFICACIONES TECNICAS: CABEZAL PARA 28 MICROHEMATOCRITOS. SWICH QUE IMPIDE LA CENTRIFUGACION CON LA TAPA ABIERTA VELOCIDAD 12.000R.P.M. RELOJ INTERRUPTOR AUTOMATICO DE HASTA 20 MINUTOS CON ABACO DE LECTURA DIRECTA CIRCULAR SOBRE EL PLATO.	UN	1,0000		
7	AGITADOR VORTEX. PARA TUBOS DE KHAN O HEMOLISIS CAPP RONDO CON VELOCIDAD AJUSTABLE HASTA 3000 RPM TIMER Y MODO CONTINUO TIPO CAPP.	UN	1,0000		
8	APOYA BRAZOS. PARA EXTRACCION DE SANGRE PVC UNIVERSAL.	UN	1,0000		
9	HELADERA TIPO FAMILIAR HELADERA FAMILIAR 334L TIPO GAFA MODELO HGF367AFB.	UN	1,0000		
10	CPU APU CPU APU A6 7480 1TB 8GB FM2A68 MICRO APU 7480 3.5 GHZ MOTHER MSI-ASROCK A 68HM MEMORIA DDR3 8GB DISCO SATA 1 TB VIDEO INTEGRADO SONIDO INTEGRADO, GABINETE KIT (TECLADO, MAUSE, PARLANTE, PAD).	UN	1,0000		
11	MONITOR 19 " MONITOR VIEWSONIC 19" VA1903H.	UN	1,0000		
12	IMPRESORA LASER IMPRESORA LASER HP MONOCROMATICA SIMPLE FUNCION CON WIFII SI CON USB SI VELOCIDAD DEL PROCESADOR 400MHz VELOCIDAD DE IMPRESION EN BLANCO Y NEGRO 20 PPM, TAMAÑO DEL PAPEL A4,A5,JIS B5, LEF A5, OFICIO, SOBRE C5, SOBRE DL, 76x127-216x356MM CAPACIDAD MAXIMA 150.	UN	1,0000		
13	ESCRITORIO, TERMOLAMINADO, 120 x 0,70 CM. x 0,75 CM (ANCHO, PROFUNDIDAD, ALTO) CAJONERA SUSPENDIDA DE DOS CAJONES CON LLAVE CONSTRUIDOS EN 25mm DE ESPESOR CON CANTOS EN PVC DE ALTO IMPACTO.	UN	1,0000		

**TRANSPORTE**

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 21 de Mayo del 2020 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					
14	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, CON TAPIZADO EN ASIENTO Y RESPALDO. SILLA FIJA ASIENTO Y RESPALDO EN HOMOPOLIMERO SIN APOYA BRAZOS, ESTRUCTURA FIJA DE 4 PATAS EN CAÑO OVAL.	UN	1,0000		
<b>TOTAL GENERAL</b>					

<b>PROVINCIA DEL CHACO</b> <b>06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>RESISTENCIA,</b> Concurso de Precios	19/05/2020 <b>Nro 02419</b>
---	--	--------------------------------

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

**Apertura:** 21 de Mayo del 2020 a las 09:00 Horas

**Lugar apertura** UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
<b>TRANSPORTE</b>					

**Plazo Entrega:** 30 - Día/s

**Queda Ud. invitado**

**Mantenimiento de la oferta:** 50 Día/s

**Saludo a Ud. Atte.**

**Condiciones de pago:** 30 DIAS

**Otras condiciones:** LUGAR DE ENTREGA: M.T.ALVEAR 20 3ER PISO DIRECCION DE LABORATORIOS DEBERAN PRESENTAR:  
 DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO  
 CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA  
 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA  
 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP  
 CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA  
 CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.  
 PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS  
 CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.  
 \*LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.  
 \*QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA) CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.  
 CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Firma Responsable Dir. Administración**

\_\_\_\_\_  
**Firma proponente**