

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 2 de Julio del 2020 a las 09:30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	<p>CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA (INDICAR CARACTERISTICAS)</p> <p>CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MESADA CLASE II TIPO A2.</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS: APERTURA DE SEGURIDAD <200MM, MAXIMA APERTURA 400MM, VELOCIDAD DEL FLUJO DE ENTRADA 0.53 M/S, VELOCIDAD DEL FLUJO DESCENDENTE 0.33 M/S, FILTROS: DOS FILTROS HEPA 99.999% DE EFICIENCIA (0.3U), VENTANA FRONTAL DOS CAPAS DE VIDRIO TEMPLADO >5MM, RUIDO <65dB, SISTEMA DE FLUJO DE AIRE 70% DE RECIRCULACION Y 30% LIBERADO AL EXTERIOR. NIVEL DELIMPIEZA 100, DIMENSIONES INTERNAS 600x500x540MM, DIMENSIONES EXTERNAS 700x650x1230MM, POTENCIA 1000W, ALIMENTACION 220V 50/60Hz, PESO 80 KGRS. POSEE DOS FILTROS HEPA QUE CUENTAN CON UNA EFICIENCIA DEL 99,999% PARA PARTICULAS A PARTIR DE LOS 0,3 MICRONES. CON VISUALIZACION DE PRESION DIFERENCIAL EN PANTALLA. POSEE TIMER UV: DESPUES DE TRABAJAR DURANTE 30 MINUTOS, LA LAMPARA DE UV SE APAGA AUTOMATICAMENTE. AJUSTA AUTOMATICAMENTE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR. CUANDO EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN SITUACION DE ESPERA EL VENTILADOR PUEDE SEGUIR FUNCIONANDO A BAJA VELOCIDAD DURANTE 3 HORAS DE MODO QUE SE PUEDE VOLVER A UTILIZAR SIN NECESIDAD DE ESTERILIZAR LA ZONA DE TRABAJO. SI NINGUNA OPERACIÓN SE SUCEDE DURANTE MAS DE TRES HORAS, EL VENTILADOR SE APAGA AUTOMATICAMENTE. OPERACIONES CONTROLADAS POR PANTALLA LCD DINDE PUEDE OBSERVARCE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE ASCENDENTE Y DESCENDENTE, LA TEMPERRATURA Y HUMEDAD DEL AREA DE TRABAJO LA PRESION EN LOS FILTROS, EL TIEMPO DE TRABAJO DE LA LAMPARA UV, EL TIEMPO DE USO DE LOS FILTROS Y EL AVISO DE CAMBIO DE FILTROS. VIDRIO DE LA CAMPANA CONTROLADO A TRAVES DE PANTALLA. CUENTA CON CONTROL REMOTO CON EL QUE PUEDA OPERARSE EL EQUIPO A 6 METROS DE DISTANCIA POSIBILITANDO PROTEGER AL OPERARIO EN CASO DE EMERGENCIA. POSEE EL CUERPO CONSTRUIDO EN ACERO LAMINADO EN FRIO RECUBIERTO DE PINTURA EPOXI. LA ZONA DE TRABAJO ESTA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE DOS TOMACORRIENTES, LAMPARA UV Y FLOURESCENTE,</p>	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 2 de Julio del 2020 a las 09:30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	CUMPLE CON NORMAS CE, ISO9001, 13485 Y 14001. CERTIFICACIONES MET & UL Y NSF 49. INDICAR GARANTIA. OPCIONALES: BASE DE 635MM DE ALTURA, APOYABRAZOS, TESTER DE CORTINA DE AIRE, FUMIGADOR DE FORMALINA, CARBONATO ACIDO DE AMONIO, INDICAR GARANTIA.				
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, 26/06/2020 Concurso de Precios Nro 03159
---	--

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 2 de Julio del 2020 a las 09:30 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS FUENTE 10 RENGTS GENERALES

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL DR. ANDRES DIAZ Y PEREYRO DE MACHAGAY
DEBERAN PRESENTAR:
DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN
RADICADO EN LA PROVINCIA.
*LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.
*QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA)
CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.
CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR
AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente