

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 21 de Enero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	EXTRACCION AUTOMATIZADA DE ACIDOS NUCLEICOS Y PROTEINAS TIPO QIAcube.	EQ	1,0000		
2	PLAQUEO AUTOMATIZADO PARA PCR BIOLOGIA MOLECULAR TIPO QIAgility.	ENV	1,0000		
3	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA EQUIPOS QUE ESTEN PREPARADOS PARA PROTEGER AL OPERADOR, LA MUESTRA Y AL MEDIO AMBIENTE EN LA MANIPULACION DE AGENTES PATOGENOS DE NIVEL 1,2 Y 3 Y TRABAJAR EN FORMA SEGURA EN PROCESOS DE APLICACIONES BIOTECNOLOGIA (CSB CLASE III TIPO A2) PROVISTA DE UN PROCESO DE FILTRADO DE AIRE PROVEA UN AREA DE TRABAJO CLASIFICADA ISO 5, ASEGURANDO UN RECINTO APTO PARA MANIPULAR LAS MUESTRAS. VELOCIDAD DEL AIRE AL INGRESAR A LA CABINA 50,8 CM/S. ADECUADA PARA TRABAJAR CON AGENTES CLASIFICADOS CON NIVEL DE BIOSEGURIDAD 1,2 O 3. SISTEMA DE FILTRACION: DIOS FILTROS HEPA. TODOS LOS DUCTOS BIOLOGICAMENTE CONTAMINADOS PRESURIZADOS NEGATIVAMENTE Y QUE RECICLE EL 70% DEL VOLUMEN DENTRO DE LA CABINA. EN EL ACCESO FRONTAL DEBERIA PRODUCIR UNA BARRERA DE AIRE QUE ESTABLECE UNA CONTENCIÓN TANTO PARA LA ENTRADA COMO SALIDAS DE CONTAMINANTES, DEBERIA ESTAR DISEÑADO PARA QUE OPEREN 2 PERSONAS EN FORMA CONJUNTA.	EQ	1,0000		
4	MICROCENTRIFUGA (INDICAR CARACTERISTICA) MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD CON ROTOR PARA 24 TUBOS. ROTOR TIPO AS24-2 ANTI DERRAMAMIENTO, ROTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE, CAPACIDAD 24x1.5/2.0ML, RANGO DE TEMPERATURA -20°C-40°C ROTOR ALEACION DE ALUMINIO, MOTOR DC SIN ESCOBILLAS, VELOCIDAD 15000RPM (200-15000RPM)= INCREMENTO 10RPM 21380xg RUIDO 56Db DIMENSIONES (L)338x(D)580x(H)324MM, PESO 30 KG. VOLTAJE 240V/50Hz.	UN	1,0000		
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Contratación Directa	15/01/2021 Nro 00002
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 21 de Enero del 2021 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS CON FONDOS RENTAS GENERALES

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: AVDA.9 DE JULIO 1099 RCIA. SERVICIO DE INMUNOLOGIA HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO
 DEBERAN PRESENTAR:
 DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
 CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
 CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEV O BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
 PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
 CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.
 *LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.
 *QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA) CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.
 CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente