

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	SILLON ODONTOLOGICO ELECTRO HIDRAULICO. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye. Debe consistir mínimamente según el detalle: Construcción robusta en acero y aluminio, y pinturas epoxi, con base de apoyo amplia con sistemas de registro que permitan una correcta nivelación Capacidad de elevación de hasta 250 kilogramos. Posición más baja de 45 cm y posición más alta 85 cm aproximadamente. Movimientos de respaldo, y base con actuadores tipo lineales a tornillo, con motores eléctricos de baja tensión. Sistema de seguridad anti aplastamiento. El comando de los actuadores debe ser libre y con control de pie. Apoya cabeza, espaldar, apoya brazos, deben permitir el ajuste para todo tipo de pacientes y estatura. Debe admitir posición trendelemburg. Los revestimientos acolchados, serán en poliuretano inyectado. El control debe permitir posiciones memorizadas y puestas a cero para emergencias. Mesa de trabajo sistema Colibrí, con cuatro salidas neumáticas y agua, para uso de turbina, micro motor y cavitador. Jeringa triple con partes en acero inoxidable, removibles para esterilización y regulación de caudales. Lámpara de foto curado, negatoscopio. Lámpara cialítica con iluminación LED con flujo regulable entre 7000 y 40000 lux. Platina accesoria móvil de acero inoxidable. Brazo con monitor de 24" mínimo, para observación radiológica. Sistema de agua presurizado. Sistema de salivadera, portavaso preferentemente en cerámica. Sistema de hemo succión incorporado, caudales altos, medios y bajos. Incluye banqueta para el profesional.	UN	8,0000		
2	SILLON ODONTOLOGICO (INDICAR CARACTERISTICAS) El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	<p>cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye. Debe consistir mínimamente según el detalle: Construcción robusta en acero y aluminio, y pinturas epoxi, con base de apoyo amplia con sistemas de registro que permitan una correcta nivelación Capacidad de elevación de hasta 250 kilogramos. Posición más baja de 45 cm y posición más alta 85 cm aproximadamente. Movimientos de respaldo, y base con actuadores tipo lineales a tornillo, con motores eléctricos de baja tensión. Sistema de seguridad anti aplastamiento. El comando de los actuadores debe ser libre y con control de pie. Apoya cabeza, espaldar, apoya brazos, deben permitir el ajuste para todo tipo de pacientes y estatura. Debe admitir posición trendelemburg. Los revestimientos acolchados, serán en poliuretano inyectado. El control debe permitir posiciones memorizadas y puestas a cero para emergencias. Mesa de trabajo sistema Colibrí con cuatro salidas neumáticas y agua, para uso de turbina, micro motor y cavitador. Jeringa triple con partes en acero inoxidable, removibles para esterilización y regulación de caudales. Lámpara de foto curado, negatoscopio. Lámpara cialítica con iluminación LED con flujo regulable entre 7000 y 40000 lux y Regulación de temperatura de color. Platina accesorio móvil de acero inoxidable. Brazo con monitor de 32" mínimo, para observación radiológica. Sistema de agua presurizado. Sistema de salivadera, portavasos preferentemente en cerámica. Sistema de hemo succión incorporado, caudales altos, medios y bajos. Incluye banqueta para el profesional.</p>				
3	<p>TURBINA MAXITORQUE. Turbina odontológica Potencia 16 W -18 W Refrigeración clínica Spray triple de niebla Cambio de fresa fácil Botón a presión Rodamientos cerámicos Válvula anti-retorno integrada Apta para esterilización a 135</p>	UN	18,000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	grados y para termodesinfectadores El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
4	MICROMOTOR NEUMATICO TIPO GACELA. Micromotor neumático odontológico dental. Una fácil rotación de 360° del contra-Ángulo en el motor. Motor de elevado torque. Termodesinfectable y esterilizable. Sin spray. . Giro derecha/izquierda. Giro: hasta 25.000 r.p.m. Sin luz El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	9,0000		
5	CONTRANGULO TIPO GACELA Especificaciones del Artículo Contraangulo Cabezal a rodamientos. Sujeción de la fresa a gatillo. Termodesinfectable y esterilizable. - Relación: 1:1. - Velocidad: hasta 30.000 r.p.m. Refrigeración externa El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	9,0000		
6	DELANTAL PLOMADO Especificaciones del Artículo Delantal plomado Chaleco plomado con cubretiroides, Protección: 0.5 mm , Protección: dorsal, Medidas: 102 cm alto x 60 cm ancho. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del	UN	9,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
7	NEGASTOCOPIO Negatoscopio de pared para visualización de Radiografías Panorámicas y de cráneo extraorales	UN	8,0000		
8	EQUIPO DE COMPUTACION (SEGUN PLANILLA ANEXA) Especificaciones del Artículo CPU TIPO DE PROCESADOR: DOBLE NUCLEO. OPERANDO A 3GHz DE FRECUENCIA DE RELOJ COMO MINIMO (TIPO INTEL). CANTIDAD DE PROCESADORES: 1 (UNO). PLACA MADRE: CON SOPORTE PARA MEMORIA DE TECNOLOGIA DUAL CHANNEL DDR4 2133 A 4400 Mhz DISCOS DUROS SATA 3Gb/s. AUDIO 5.1 RED, VIDEO Y USB INTEGRADO. FUENTE DE ALIMENTACION: FORMATO ATX DE 500W COMO MINIMO Y CON AL MENOS 2 CONECTOR PARA DISCO DUROS SERIAL ATA. SETUP: RESIDENTE DE ROM CON PASSWORD DE INGRESO Y ENCENDIDO, CONTROL DE BOOTEO RESIDENTE EN ROM CON POSIBILIDAD DE BOOTEO DESDE CDROM Y/O DISQUETERA, RELOJ EN TIEMPO REAL CON BATERIA Y ALARAM AUDIBLE. MEMORIA RAM: TIPO DDR4, CON UNA FRECUENCIA DE RELOJ DE 2133 A 4400 Mhz, CAPACIDAD INICIAL 4 GB COMO MINIMO. CAPACIDAD MAXIMA DISPONIBLE 16GB. PUERTOS: 1 PARA MOUSE, 1 PARA TECLADO, 1 PARA MONITOR, 1 PUERTO RJ45, 4 PUERTO USB VERSION 2.0/3.0 MINIMO. DISCOS OPTICOS: GRABADORA DVD SATA LG 22x DUAL. INTERFAZ DE RED: ETHERNET/FAST ETHERNET (IEEE 802.3) 10/100 Mbps, CONEXIÓN UTP, CONECTORES DE SALIDA	UN	9,0000		
9	MONITOR 19 " Especificaciones del Artículo MONITOR LCD 19" CABLE DE CONEXION A CPU Y CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA.	UN	9,0000		
10	IMPRESORA MULTIFUNCION Especificaciones del Artículo IMPRESORA MULTIFUNCION TECNOLOGIA: TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK, TAMAÑO MINIMO DE LA GOTTA DE TINTA 3 PICOLITROS. COLORES DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN NEGRO Y COLOR. CARTUCHOS INDIVIDUALES. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: NEGRO HASTA 33 PPM, COLOR HASTA 15 PPM.	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	RESOLUCION GRAFICA: 5760 x 1440 dpi. RESOLUCION DE EXPLORACION POR HARDWARE/OPTICA/INTERPOLADA: HASTA 600 x1200 dpi/600 dpi/9600 x 9600 dpi. RESOLUCION GRAFICA: HASTA 5760 x 1440 dpi. TIPO DE DIGITALIZACION: SUPERFICIE PLANA. PROFUNDIDAD DE BITS: 48. VELOCIDAD DE ESCANEADO: MONOCROMATICO 4 mseg/LINEA (APROX) COLOR 5 mseg./LINEA (APROX). BANDEJA DE ALIMENTACION: HASTA 100 HOJAS/10 SOBRES. NUMEROS DE INYECTORES: MONOCROMATICA 90 BOQUILLAS, COLOR 29 BOQUILLAS x 3. CONTROLADORES INCLUIDOS: WINDOWS XP PROFESIONAL, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X 10.4.11, 10.5.8-10.6x. MATERIAL DE IMPRESIÓN, TIPOS Y TAMAÑOS DE PAPEL: COMUN, BOND, PAPEL RECUBIERTO, PAPEL CON ACABADO MATE, PAPEL CON ACABADO BRILLANTE Y SEMIBRILLA				
11	MOTOR ENDODONCIA MECANIZADA. Especificaciones del Artículo Renglón N° 11 Cantidad 1 unidad Motor de Endodoncia mecanizada. Actualizado para la técnica recíproca, Compatible con todos los sistemas de limas, Rotatorio — Oscilatorio. Con Micromotor y Contraángulo reductor 16:1. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	1,0000		
12	LOCALIZADOR APICAL Especificaciones del Artículo Localizador apical Localizador de ápice digital para medir con exactitud la longitud de los canales radiculares en medio húmedo y seco sin necesidad de Rayos-X. Pantalla LCD con precisión hasta 0.1 mm. Alarma con volumen regulable. Accesorios autoclavables. Sistema de medición: Multi-frecuencial . El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
13	CAVITADOR DENTAL NEUMATICO. Especificaciones del Artículo Cavitador neumático adaptable al equipo odontológico. Movimiento elíptico de la punta. Incorporar para trabajar en distintas zonas. Refrigeración interna. 6000 HZ .El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	9,0000		
14	CAVITADOR ULTRASONICO. Especificaciones del Artículo Cavitador ultrasónico con presurizado de agua. Unidad piezoeléctrica ultrasónica de usos múltiples, limpieza, escareo (scalling / detartraie Periodoncia. Pieza de mano detachable y Autoclavable, con luz de LED, incluye 6 insertos (puntas / Tips) Control de pedalera. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	2,0000		
15	HEMOSUCTORES RODANTES DE ALTO CAUDAL. Especificaciones del Artículo DE ALTA POTENCIA CON FILTROS HEPA. Equipo autónomo rodante de succión de alta potencia con filtros de aire (0,3 micrones). Aspiración quirúrgica. Selección de caudal de aspiración. (Sin consumo de aire comprimido ni agua corriente) Drenaje manual o automático de acuerdo a las necesidades de la práctica profesional. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de	UN	2,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
16	AMALGADOR ELECTRICO ODONTOLOGICO Especificaciones del Artículo Amalgamador universal de alta velocidad controlado por microprocesador Amplio intervalo de oscilación y frecuencia de mezcla con la selección de tiempo .El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	2,0000		
17	EQUIPO RADIOLOGICO - INDICAR CARACTERISTICAS Especificaciones del Artículo Equipo radiológico soportado por pared. Generador radiológico en alta frecuencia. Limitador del haz de no más de 6 cm de diámetro. Distancia foco paciente 20 cm. Provisto de colimador tipo rectangular. Montaje mecánico sobre tres brazos articulados, que permiten una extensión optima de 2 m aproximadamente. (Sistema extensión y tijera) Debe permitir el posicionamiento para lograr todas las técnicas profesionales deseadas. Potencia radiología del orden de 1 Kw, con control de kilovoltaje seleccionable 60 a 70 Kv, con corrientes de ánodo del Orden de 7 a 10 mA. Selección de tiempos de exposición que permita un rango adecuado, para ser usado en sistemas de adquisición digital de imágenes, como en sistemas convencionales analógicos. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	1,0000		
18	EQUIPO DE RADIOLOGIA (INDICAR CARACTERISTICAS)	UN	2,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	Especificaciones del Artículo Equipo radiológico soportado sobre base móvil. Base de soporte móvil, con rodados de diámetro que permitan el pasaje sobre resaltos de hasta 5 cm mínimo, con frenos para inmovilización. Mangos de transporte. Alta estabilidad. Pintura epoxi o similar. Montaje mecánico de tubo de rayos sobre brazos articulados tijera. Debe permitir el posicionamiento para lograr todas las técnicas profesionales deseadas. Generador radiológico en alta frecuencia. Limitador del haz de no más de 6 cm de diámetro. Distancia foco paciente 20 cm. Provisto de colimador tipo rectangular. Potencia radiología del orden de 1 Kw, con control de kilovoltaje seleccionable 60 a 70 Ky, con corrientes de ánodo del Orden de 7 a 10 mA. Selección de tiempos de exposición que permita un rango adecuado, para ser usado en sistemas de adquisición digital de imágenes, como en sistemas convencionales analógicos. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
19	MOTOR DE CIRUGIA PIEZOELECTRICO. Especificaciones del Artículo Dispositivo piezo-electrico para cirugía ósea Incluye pieza de mano, cable, soporte de puntas, puntas y clave de puntas. Accesorios esterilizables por autoclave Monitoreo de las funciones y alarmas en el proceso de trabajo Disponible con luz. Puntas. Soporte Puntas. 2 Piezas de mano El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
20	LAMPARA DE LUZ SCIALITICA. Especificaciones del Artículo Unidad de iluminación scialitica de un satélite, LED, con control de intensidad luminosa con máxima de 120.000 lux aproximadamente. Posibilidad de regulación de temperatura cromática. Campo luminoso enfocable entre 17 a 30 cm ajustable aproximadamente. Base de soporte móvil, con rodados de diámetro que permitan el pasaje sobre resaltos de hasta 5 cm mínimo, con frenos para inmovilización. Mangos de transporte. Alta estabilidad. Pintura epoxi o similar El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	1,0000		
21	MESA DE ANESTESIA (INDICAR CARACTERISTICAS) Especificaciones del Artículo Mesa Rodante Equipada con superficie de trabajo preferentemente de acero inoxidable. Plano de soporte para monitor multiparamétrico. Rotámetros de Oxígeno, Aire y óxido Nitroso preferentemente retro iluminados. Provisto de ruedas con un diámetro preferentemente no menor a 10 cm. Las 2 ruedas delanteras deberán estar provistas de frenos. Con soportes para todos los componentes restantes (Ventilador, Vaporizadores, líneas respiratorias, etc.) Tablero eléctrico auxiliar para alimentación de monitores y otros accesorios. Salida auxiliar de Oxígeno preferentemente con fiowmeter. Deberá poseer alarmas y sistemas de seguridad ante la ausencia o baja presión de Oxígeno cuando se esté utilizando Óxido nitroso. Ventilador: Ventilador micro procesado (tipo fuelle, tipo bolsa en botella, etc.) con Vtidal no menor a 1500 ml. En caso de que sea a fuelle este deberá estar invertido (descendente con la inspiración). Modos ventilatorios de ciclado con volumen controlado, presión controlada, espontánea y	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	preferentemente con SIMV y presión de soporte. Posibilidad de anestesia utilizando "flujo mínimo". Apto para su uso en pacientes Adultos y Pediátricos. Equipado con sensor de flujo tal que pueda programarse solo con fijar tiempo inspiratorio, relación I:E, volumen y frecuencia. Control de PEEP. Monitoreo de variables antes mencionadas. Dotado de alarmas audibles y visuales para valores máximos y mínimos de presión inspiratoria, apnea y volumen minuto. Preferentemente con medición de fracción inspirada de Oxígeno y sus alarmas correspondientes ante valores máximos y mínimos seteados por el usuario. Equipada con batería interna (en el ventilador o en la mesa rodante) con una autonomía mínima de 2 horas. Accesorios: Incluye vaporizador de anestésico sevoflurano. Pulmón artificial de prueba y calibración. 1 (uno) juegos de línea de paciente con filtro antibacterial incluido. Mangueras y cables tal que teniendo disponibles 220VCA, O2, Aire comprimido y Óxido Nitroso el equipo quede listo para su uso. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
22	VAPORIZADOR	UN	1,0000		
23	MONITOR MINDRAY CON CAPNOGRAFO. Especificaciones del Artículo Monitor de signos vitales multiparametrico. Medición y exhibición de ECG, temperatura, oximetría de pulso, presión arterial no invasiva y Capnografía. Pantalla donde se muestren los valores numéricos y en curvas de las variables monitoreadas y se realice la configuración de todos los parámetros, de visualización clara a distancia de pie de cama o carro de anestesia. Con alarmas audibles, visuales y programables para todas las variables medidas y para desconexión del suministro eléctrico de	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	red. Con presentación y programación en español. Alimentación eléctrica a la red 220 Vca./50Hz , con batería interna recargable con autonomía mínima de 2 hs, con entrada automática ante corte de suministro y cargador incorporado. Protección contra desfibrilador y electrobisturi. Debe Incluir ECG: 3 (tres) cables paciente de 3 o 5 derivaciones para electrodos descartables cada uno con su prolongación en el caso que sea necesario. OXIMETRIA: 3 (tres) sensores adultos tipo broche reusables. MONITOREO DE TEMPERATURA: Con 2 (dos) sensores de superficie y 2 (dos) sensores de mucosas reusables. MONITOREO DE PRESIÓN NO INVASIVA: Presión sistólica, media y diastólica y frecuencia cardíaca, en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Operación manual y automática, programable a intervalos variables de 2 a 60 min. 1 (uno) manguito inflable completo para uso neonatal. 1 (uno) manguito inflable completos para uso pediátrico. 4 (cuatro) manguitos inflables completos para uso adulto (2 grandes y 2 extragrandes). CAPNOGRAFÍA: El monitor deberá incluir el módulo destinado para tal fin tipo LATERAL STREAM junto con 2 trampas de humedad y líneas de toma de muestra. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye				
24	DESFIBRILADOR Especificaciones del Artículo Cardiodesfibrilador. Pantalla plana LCD (Liquid Crystal Display), con iluminación posterior. ECG desde cable paciente de tres electrodos y desde paletas de desfibrilación. Alarmas pre ajustables de máxima y mínima. Desfibrilador: secuencia 1/2/3 de operación. Selección/Carga/Descarga, tres escalas automáticas de rango continuo: de 0 a 360 Joules, (desfibrilación externa en adultos), de 0 a 85 Joules, (desfibrilación externa pediátrica), y de 0 a	UN	1,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	50 Joules, (desfibrilación interna). Operación manual o sincronizada. Registrador Grafico: Cabezal térmico, curva de ECG e indicación alfanumérica de: fecha, hora, Frecuencia Cardiaca, Alarmas de ECG, Derivación seleccionada. Alimentación: Batería interna recargable con cargador incorporado desde 110/220 V.c.a., 50/60 Hz. 6 12 V.c.c. Autonomía: 5 horas o 60 descargas de 360 joules. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
25	CARROS DE PARO ADULTO Especificaciones del Artículo Diseñado para uso conveniente y seguro durante los procesos de atención de paro cardíaco. Sistema básico de 5 cajones con rieles de aluminio de suave desplazamiento y cierre, 2 cajones de 3" para medicamentos con divisiones en acrílico, 2 cajones de 6" para accesorios con divisiones en plástico, 1 cajón de 9" para dispositivos médicos, Ruedas en PVC de 5" aproximadamente con freno, sistema de seguridad central, superficie en PVC con ABS removible, pasamanos y manijas en aluminio, tabla lateral de extensión en PVC, con para choques Cajones con auto retorno. 1 bandeja giratoria 360° para desfibrilador 1 atril porta suero. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	1,0000		
26	OXIMETRO DE PULSO	UN	1,0000		
27	CENTRIFUGA DE MESA Equipo para colado de cualquier tipo de metal por	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	fuerza centrífuga en laboratorio dental. Sistema manual con sistema de equilibrio de 3 peso que permitirá la correcta fundición de las piezas dentales Brazo giratorio con dos rodamientos Resorte y rodamientos de alta eficiencia Puerta para anillos Regulador de altura para anillos Pesas para regular el equilibrio de 3 puertas de hierro o acero				
28	EQUIPAMIENTO DE COLADO COMPLETO. 2 -Horno Eléctrico Capacidad para 3-4 aros medianos y un crisol Control para regular temperatura Tiempo de mantenimiento y velocidad de calentamiento Alarma sonora para cuando arribe al tiempo de mantenimiento seleccionado Adecuado para revestimientos rápidos y lentos Chimenea para la salida de gases Termocupla K envainada en cuarzo Mufla construida en alúmina y fibra cerámica Temperatura máxima aproximada 1.100°C Consumo eléctrico 1.700w	UN	1,0000		
29	ARENADORA. Arenadora Utilización de óxido de aluminio o perlas de vidrio para la realización de arenados o Acabados de superficies Circuito de recuperación Toma de aspiración externa Mando de pedal al pie Visibilidad e iluminación óptimas Selector del tipo abrasivo dentro de la cabina Regulador de presión con manómetro indicador Guante de goma y película de protección Boquillas para óxido de aluminio o perlas de vidrio grano entre 25 y 250 micras Potencia 9w Presión de trabajo de 1,5 bar a 6 bar Consumo de aire 150 l/min hasta 500 l/min	UN	1,0000		
30	MICROMOTOR -Micromotor para laboratorio Dental 40.000 RPM sentido de giro derecha/izquierda 90 w. de Potencia pedal reostato (acelerador) Con pieza de mano Batería Recargable Chuck Mordaza para motor Voltaje 220v 50hz	KIT	3,0000		
31	PULIDORA DE ALTA	UN	1,0000		
32	PULIDORA DE BAJA	UN	1,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
33	TERMOFORMADORA. Termoformadora Adaptador universal para placas redondas y cuadradas Resistencia de carbono Accionamiento automatico del vacio Soporte de modelos combinados planos y tazas (con esferas) Sistema de fijación de la placa giratoria Motor de 1400W aproximado Voltaje 110 o 220watts	UN	1,0000		
34	RECORTADORA DE YESO Recortadora de Yeso disco de carburo de silicio velocidad de rotacion 3000rpm suministro de agua potencia 500w fuente de alimentación 220v/50hz	UN	1,0000		
35	VIBRADORA. -Vibrador de Yeso Ventosas de goma para mantener la unidad en su lugar de trabajo Dos niveles de potencia con intensidad diferente Potenciómetro para controlar la velocidad Bandeja de goma extraible Llave de recambio 110/220v Indicador de Encendido debe eliminar burbujas de aire con efecto de vibración en el recubrimiento y moldeo de materiales de yeso	UN	1,0000		
36	PRENSA PARA ACRILICO.	UN	1,0000		
37	POLIMERIZADORA. Polimerizadora Acero Inoxidable Cuba de aluminio adonizado con triple sistema de seguridad en la paertura y cierre de la tapa Control computarizado, con el cual podemos hacer encendido controlado Descarga manual Desconexion automática	UN	1,0000		
38	PRESUARIZADORA.	UN	1,0000		
39	BATEA PAREA YESO.	UN	1,0000		
40	MUFLAS Polimerizadora Acero Inoxidable Cuba de aluminio adonizado con triple sistema de seguridad en la apertura y cierre de la tapa Control computarizado, con el cual podemos hacer encendido controlado Descarga manual Desconexion	UN	6,0000		
TRANSPORTE					

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	automática 13 -Porta muflas Prensa para 2 o 3 muflas				
41	MECHEROS DE BUNSEN. Mechero de Bunsen Con regulador de de gas y de aire	UN	6,0000		
42	ANAFE Anafe Eléctrico de 4 Hornallas Industrial Hornallas de 2,5 Kw resistencia con llave de termostato Contencion de derrame para las 4 hornallas Potencia 10Kw Cables siliconados para alta temperatura Gabinete de acero Inoxidable	UN	2,0000		
43	OLLA A PRESION DE 8 LITROS	UN	2,0000		
44	EQUIPO DE RADIOLOGIA (INDICAR CARACTERISTICAS) Especificaciones del Artículo Equipo de radiología extraoral, que permite exámenes panorámicos. Debe permitir el campo de visión normal de 18x24 y otros. Sensor para las imágenes panorámicas .Generador radiológico en alta frecuencia y potencia en el orden de 1,5 Kw, que permite técnicas hasta 90 Kv y 15 mA, con foco de 0,6 mm de emisión. Provisto de todas las interfaces necesarias,PC, monitores, unidades de procesamiento y cableados, incluyendo programas de administración de imágenes y programas de gestión, con sistema de almacenamiento de imágenes, y posibilidad de almacenamiento en memorias portables, como posibilidad de envío a red informática Admite pacientes pediátricos-adultos y con deficiencias motrices (silla de ruedas) Debe incluir la impresión de imágenes y grabación en CD/DVD. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.	UN	1,0000		
45	EQUIPO DE RADIOLOGIA (INDICAR CARACTERISTICAS) Especificaciones del Artículo Sistema digital directo de imágenes radiológicas intraoral. Doble juego de	UN	3,0000		

TRANSPORTE

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					
	sensores, con áreas de captura de 22x30 mm y 26x36 mm aproximadamente, espesores mínimos de 7 mm. Provisto de todas las interfaces necesarias, monitores, unidades de procesamiento y cableados, incluyendo programas de administración de imágenes y programas de gestión, con sistema de almacenamiento de imágenes, y posibilidad de almacenamiento en memorias portables, como posibilidad de envío a red informática, y todo cableado necesario para presentación de imágenes disponibles en los sillones dentales. El equipamiento debe ser instalado, y puesto en marcha, con instructivo y capacitación del personal. Incluye manuales de uso y mantenimiento. Acreditación del cumplimiento de normativa ANMAT. La cotización debe indicar toda descripción necesaria para la evaluación y debe indicar que tipo de accesorios incluye.				
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Contratación Directa	18/02/2021 Nro 00996
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 22 de Febrero del 2021 a las 12:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 10 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS CON FONDOS DE SALUD PUBLICA

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: AVENIDA MALVINAS 1350 PCIA.R.S.PEÑA HOSPITAL 4 DE JUNIO DR. RAMON CARRILLO
 DEBERAN CONTAR CON STOCK O PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 DEBERAN PRESENTAR:
 DEBERAN PRESENTAR:
 DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
 CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
 CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
 PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
 CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.
 *LAS OFERTAS SE RECIBIRAN VIA EMAIL, FIRMADAS, SELLADAS Y ESCANEADAS.
 *QUIENES ENVIEN SOBRE CERRADO CON DOCUMENTACION ORIGINAL (FIRMADA Y SELLADA) CONTINUARAN RECEPCIONANDOSE POR MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS.
 CONFORME A LO EXPUESTO POR ACTUACION SIMPLE N° E6-2020-7260-A FIRMADA POR AUTORIDADES COMPETENTES.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente