

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 14 Mes: 6 Año: 2019 a las 9: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	<p>FACOEMULSIFICADOR PORTATIL CON VITRECTOMO ANTERIOR.</p> <p>CARACTERISTICAS: BOMBA PERISTALTICA, ASPIRACION MAXIMA 60CC/MIN Y VACIO 650mmHg LO QUE LE DA CARACTERISTICAS MUY AGRESIVAS Y GRAN RAPIDEZ EN LA CONSTRUCCION DEL VACIO SI EL CIRUJANO ASI LO REQUIERE.LA BOMBA TIENE UNA RUEDA CON 6 RODILLOS QUE LA HACE MAS EFICIENTE QUE LOS COMPETIDORES Y ADEMAS MONITOREA EL VACIO 1000 VECES POR SEGUNDO. LAS TUBULADURAS SON RE-ESTERIZABLES (ASI LO ESTABLECE EL FABRICANTE-LEGALMENTE PERMITIDO) POR AUTOCLAVE O FLASH. TIENE UN VITRECTOMO ANTERIOR NEUMATICO CON MINICOMPRESOR INCORPORADO AL EQUIPO. PIEZA DE MANO DE FACOEMULSIFICACION ULTRA LIVIANA. TIENE DOS VERSIONES, UNA BASICA Y UNA VERSION FULL QUE INCLUYE 3 IMPORTANTES CARACTERISTICAS: EN LA PARTE ULTRASONIDO EL VIS Y EL BURST, SON MODOS DE MODULACION DEL ULTRASONIDO QUE PERMITEN MEJORAR SU COMPARTIMIENTO EN CUANTO A LA CAPTURA DE LAS PARTES DE NUCLEO COMO DE LA OPTIMIZACION DE LA ENERGIA UTILIZADA. EN LA FLUIDICA AGREGA EL APS PLUS, UN SISTEMA QUE PERMITE VARIAR EL CICLO DE TRABAJO DEL ULTRASONIDO AUTOMATICAMENTE SEGÚN LOS NIVELES DE VACIO EN LA PUNTA INCLUSO DETENIENDO EL FACO Y LA BOMBA EN EL MOMENTO DE LA DES-OCCLUSION. ESTO REPRESENTA UN SISTEMA PRO ACTIVO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE LA CAMARA Y PERMITE TRABAJAR CON NIVELES MUCHO MAS AGRESIVOS DE VACIO. EL FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL PUEDE PROGRAMARSE PARA VARIAR LOS PARAMETROS DE FLUJO Y VACIO AUN EN LA POSICION 3 (FACO) DANDO UNA GRAN VERSATIBILIDAD. LA INTERFACE ES MUY AMIGABLE Y LA PROGRAMACION ALTAMENTE INTUITIVA A TRAVES DE UNA GENEROSA PANTALLA TACTIL. AMPLIA PROGRAMABILIDAD CON MEMORIAS PARA VARIOS CIRUJANO Y TIPOS DE CATARATA. TIENE UN PEDAL MULTIFUNCION DE GRAN VESATIBILIDAD. CUENTA CON LA CALIDAD NIDEK Y EL SOPORTE DE VENTA DE CASIN.</p>	UN	1,0000		
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Licitación Privada	07/06/2019 Nro 03449
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 14 Mes: 6 Año: 2019 a las 9: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: AVDA.9 DE JULIO 1099 RCIA. SERVICIO DE OFTALMOLOGIA HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO
DEBERAN PRESENTAR:
DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.
PRESENTAR FOLLETOS ILUSTRATIVOS

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente