

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 13 de Noviembre del 2019 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	EQUIPO DE RADIOLOGIA (INDICAR CARACTERISTICAS) UNIDADES RADIOLOGICAS RODANTES DE 400 mA C/UNA COMPUESTA POR: GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE POTENCIA MINIMA 30Kw CON ACUMULACION DE ENERGIA, PARA SER UTILIZADO AL MAXIMO DE SU POTENCIA EN TODOS LOS AMBIENTES. ALIMENTACION 220V. CONSUMO MAXIMO 16 AMP. CONTROL DE TODAS LAS FUNCIONES POR MICROPROCESADOR, AUTO CHEQUEO AL ENCENDERSE LA UNIDAD, MAS DE 200 TECNICAS PRE-PROGRAMADAS DE ORGANOS CON SELECCION DE TIPO PACIENTE (PEDIATRICO/PEQUEÑO/MEDIANO/GRANDE) REPROGRAMABLES POR EL OPERADOR, EXPOSIMETRO AUTOMATICO INCORPORADO EN EL COMANDO (AEC), KILOVOLTAJE DE 40 A 125 Kvp, MILIAMPERAJE DE 50 A 400mA, MILIAMPERSEGUNDO 0,5 A 190mAs, INDICACION DE LOS mAs REALES EMITIDOS AL FINALIZAR EL DISPARO, TIEMPO 0,003 A 5 SEG., INDICACION DE ERRORES ALFANUMERICO, ESTABILIZACION AUTOMATICA DE Kv Y mA DURANTE EL DISPARO, DISPARADOR A DISTANCIA DE DOBLE EFECTO. TUBOS DE RAYOS X DE ANODO GIRATORIO CON FOCOS DE 0,6/1,3 mm, COLIMADOR MANUAL LUMINOSO, MULTIPLANO ORIENTABLE. BASE RODANTE CON FRENO MECANICO. ANCHO NO MAYOR A 65 CM. MOVIMIENTOS DEL BRAZO PORTA TUBO VERTICAL (AL MENOS ENTRE 60 Y 190 CM) GIRO DEL TUBO CON ABRAZADERA UNIVERSAL PARA PERMITIR DIRIGIR EL HAZ DE RAYOS X PARA AMBOS LADOS Y HACIA EL FRENTE O HACIA ATRAS CON UN RECORRIDO MINIMO DE 105° SIN FRENOS MECANICOS. POSICION DEL TUBO PARA EL TRANSPORTE CON FIJACION, PERMITE LA ACTUALIZACION A RADIOLOGIA DIGIITAL DR., INDICAR GARANTIA DEL EQUIPO, PRESENTAR FOLLETERIA TECNICAS DEL EQUIPO. DESTINO UNO (1) HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO Y UNO (1) HOSPITAL PEDIATRICO DR. AVELINO L. CASTELAN.	UN	2,0000		
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO 06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RESISTENCIA, Licitación Privada	06/11/2019 Nro 06541
---	---	--------------------------------

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 13 de Noviembre del 2019 a las 09:00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES-M.T.ALVEAR 145 8VO PISO CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: 30 - Día/s

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS

Otras condiciones: LUGAR DE ENTREGA: UN (1) EQUIPO HOSPITAL DR. JULIO C. PERRANDO Y UN (1) EQUIPO HOSPITAL PEDIATRICO DR. AVELINO L. CASTELAN
 DEBERAN PRESENTAR:
 DOCUMENTO DE GARANTIA DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
 CONSTANCIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDOR ACTUALIZADA
 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR ATP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE ATP
 CONSTANCIAS DE INSCRIPCION AFIP ACTUALIZADA
 CONSTANCIA DE CBU DE CUENTA BANCARIA NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. PERSONALIZADA.
 PORDER ESPECIAL DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS
 CONSTANCIA DE RENUNCIAN A LOS FUEROS FEDERALES DE LOS PROVEEDORES QUE NO ESTEN RADICADO EN LA PROVINCIA.

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente