

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 15 de Junio del 2021 a las 13:00 Horas

Lugar apertura MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. UNIDAD DE CONTRATACIONES.8VO PISO. CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
1	CAMILLAS DE TRASLADO ESTRUCTURA DE HIERRO REFORZADA. PINTADA EPOXI TAPIZADO EN CUERINA DE ALTA RESISTENCIA, NEGRO. LECHO ACOLCHADO REVESTIDO ATÓXICO BARANDAS REBATIBLES MEDIDAS : ALTO 0,75 M - ANCHO 0,55 M - LARGO 1,90 M CON RUEDAS DE 125 MM, DOS CON FRENOS SISTEMA DE RUEDAS HORIZONTALES PARA EVITAR ROCES O LIMITACIÓN DEL MOVIMIENTO EN ZONAS ESTRECHAS O PUERTAS CAPACIDAD: HASTA 140 KG. SOPORTE DE SUERO	UN	10,0000		
2	SILLA DE RUEDAS. ESPECIFICAR CARACTERISTICAS APOYA PIES DESMONTABLES Y REGULABLES RUEDAS "NO-FLAT", ANTIPINCHADURAS. APOYA BRAZOS DESMONTABLES TELA INÍFUGA Y LAVABLE COLOR GRIS O NEGRO EPOXI. TAMAÑO: 62 -74 CM ANCHO TOTAL DE RUEDA A RUEDA	UN	10,0000		
3	TUBO DE OXIGENO 1 MT (TRASLADO DE PACIENTE) CON PRESENTACIÓN QUE CONTENGA REGULADOR CON CAUDALIMETRO	UN	10,0000		
4	OXIMETRO DE PULSO MODO DE VISUALIZACIÓN: PANTALLA OLED. RANGO DE VISUALIZACIÓN DE SATURACIÓN DE OXIGENO DE PULSO. 0% - 100%. RANGO DE VISUALIZACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL PULSO: 25BPM - 250BPM. PRECISIÓN DE MEDICIÓN: A SATURACIÓN DE OXIGENO EN SANGRE ES +/- 2% EN EL SEGMENTO 70%-99%. LA FRECUENCIA DEL PULSO ES 25BPM - 250BPM, EL ERROR DE MEDICIÓN ES +/- 1% O +/- 1BMP. TAMAÑO: 57,2 X 31,5 X32,5MM	UN	100,0000		
5	TERMOMETRO DIGITAL MODELO CTA301C. MEDICIÓN: ORAL, RECTAL Y AXILAR. CON ALARMA DE FIEBRE. - CON ESTUCHE PLÁSTICO. - RANGO DE MEDICIÓN (°C): 32,0 - 42,9. -ALIMENTACIÓN: PILA DE 1,5 VDC (SR41 O LR41). - APROBADO POR A.N.M.A.T. - QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS INTI	UN	200,0000		
6	TENSIOMETRO ANEROIDE CON ETETOSCOPIO CON ESTETOSCOPIO SIMPLE CAMPANA. CIRCUNFERENCIA DEL BRAZALETE : 22 CM - 34 CM	UN	100,0000		
TOTAL GENERAL					

PROVINCIA DEL CHACO
06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESISTENCIA, 15/06/2021
Contratación Directa Nro 03651

SEÑORES: -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura: 15 de Junio del 2021 a las 13:00 Horas

Lugar apertura MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. UNIDAD DE CONTRATACIONES.8VO PISO. CASA DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	UM	Cantidad	PU	Total
TRANSPORTE					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 50 Día/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago: 30 DIAS

Otras condiciones:

Lugar y fecha _____

Firma Responsable Dir. Administración

Firma proponente